

管理番号

061134

再 動作確認チェックシート

検査日	2026年2月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	冷凍庫	電源	AC100V	圧縮機定格出力	—
型式	JF-NC145F	周波数	50/60Hz	内容積	約145L
メーカー名	ハイアール	定格消費電力	70/70w (50/60Hz)	外径寸法	W720D565H885
機械Ser.No	BYM5J0058	冷却性能	—		
製造年月	2021年	冷媒	HCノンフロン	重量	36kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観



塗装剥がれ




■通電確認

電源SW ON時 温度表示確認、目盛り7(最低温度)



■運転確認



Powe ON後、1Hr後庫内温度20°Cから約-28°C到達。



約2Hr後 約-34°C

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	備考

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[中野]



ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日