

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	冷蔵ショーケース	電源電圧	1相100V	棚板	5枚
型式	MPR-S300H-PJ	周波数	50/60Hz	鍵	2個
メーカー名	Phcbi	温度制御範囲	2~14℃	内寸	W720D360H1425
機械Ser.No	2060546	冷却方法	強制循環	外寸	W800D500H1820
製造年月	2020年 月	有効内容積	345L	重量	104Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・動作確認

温度設定:2℃

庫内温度21.6℃から設定温度2℃まで約70分



運転開始時



運転開始から約70分



社内温度計

・通電確認

温度表示部 温度表示確認

LEDランプ赤色点滅(高温警報)

設定温度到達でLEDランプ 緑色点灯 確認



・照明

庫内灯 点灯確認

扉連動で庫内灯 点灯確認



扉連動

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

