

検査日	2024年11月6日
名称	実体顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	SMZ-10
S/N	500500
年式	一年 一 月

【外観】



【仕様】

観察法	落射式	鏡筒型式	三眼鏡筒
照明系	MHF-D100LR	フィルター	—
接眼レンズ	10x/21 (本体1.5x)	ステージ	—
総合倍率	9.9x ~ 60x	ステージストローク	—
ズーム倍率	0.66x ~ 4x	その他	—

チェック項目


■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	左接眼レンズクモリ。
駆動系	ハンドル動作若干重い。
照明	問題なし。



三眼切り替え

取扱説明書: 無

視野内画像



総合倍率9.9x画像



総合倍率30x画像



総合倍率60x画像

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

※ハンドルが若干重い、観察には問題なし。

