管理番号

O70150

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月11日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	バイオクリーンベンチ	電源電圧	AC100V	ガスバーナー	無し。
型式	MCV-B131F-PJ	周波数	（50 / 60）Hz	ガスバーナーフットSW付き	
メーカー名	PHC	蛍光灯	40Wx2		
機械Ser,No	210011	殺菌灯	15Wx1		
製造年月	2021	清浄度	クラス100	周囲クラス1000000	

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　蛍光灯、殺菌灯点灯。

2　作業台コンセント問題無し、パーティクルカウンターからチューブ作業台に入れて、1分5回測定。

3　0.3μm平均2.4個0.5μm0個。

4　フットSW問題無し。

作業台からパーティクルカウンター（吸引流量2.83L/min）にチューブいれ　各SW,フィルター問題無し

で吸引。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1.5 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

早川