

070271


動作確認チェックシート

検査日	2025年3月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温槽	電源電圧	AC100V		
型式	STH-120	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	エスベック	温度範囲	室温+20℃~300℃		
機械Ser.No	80003239	槽寸法	360x330x240		
製造年月	1999	外寸wxdxh	480x640x435		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1) 操作部、温度設定、タイマー動作出来ない(ボタン押しても反応無し)。
- 2) ヒーター加熱(40℃設定)、ファンは回転。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

