

管理番号

070321

動作確認チェックシート

検査日	2025年 2月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	単相 AC 100V		
型式	DA-40S	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	アルバック	到達圧力	-81.4KPa		
機械Ser,No	130514T	排気速度	50Hz: 40 L/min		
製造年月			60Hz: 46 L/min		

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			キズ、汚れあり
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○(※1)
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観:キズ、汚れあり
2. SW類:問題なし
3. 動作確認:最終到達圧力(-76.8KPa) 真空計は内動作確認用治具を使用し測定

※1 ダイヤフラムに亀裂ありますので、交換を推奨します。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数 [1.5H] 外観にキズ、汚れ多数あり。・ダイヤフラムに亀裂あり。

検査担当者[三科]



ユーザー名[] 出荷日 年 月 日