

管理番号

070368

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年11月6日
名称	実体顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	SMZ-1B
S/N	527037
年式	一年 一 月

【外観】



【仕様】


観察法	落射式	鏡筒型式	双眼鏡筒
照明系	LEDHDW-9055	フィルター	—
接眼レンズ	10x	ステージ	—
総合倍率	8x ~ 35x	ステージストローク	—
ズーム倍率	0.8x ~ 3.5x	その他	—

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	—
駆動系	問題なし。
照明	LED照明用電源なし。

取扱説明書: 無

視野内画像



【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

動作: OK 作業工数[1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

(備考欄コメント)

※照明は他の機器より借用

[責任者]

