

管理番号

090170

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年10月4日
名称	測長顕微鏡
メーカー	Mitsutoyo
型式	MF
SERIAL No.	400141608/000151608
年式	一年 一 月

【外観】



【仕様】

観察法	落射式/透過式	ステージ	ガラス板 180mmx180mm
		ステージ稼働範囲(ストローク)	X軸:108mm Y軸:106mm Z軸:164mm
照明系	LED照明/LEDリング照明		(マニュアル)
		デジタルカウンタ	3軸カウンタ
本体電源	Ser No.:301281608		(表示:mm)
接眼レンズ	WF 10x/24	カラーカメラ	1/2inch Color Camera
対物レンズ	3x,20x		


視野内画像&カウンタ表示



対物レンズ 3x



3軸カウンタ表示(RESET)



標準試料(落射)

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。

取扱説明書:有

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]


動作:OK 作業工数[2.5 hr]

検査担当者[雨宮]


※本機、コンピュータ部が付属していない為、3軸カウンタのみの測長



視野内画像&カウンタ表示




標準試料(落射X方向、Y方向)計測




標準試料(透過X方向、Y方向)計測




標準試料(透過X方向、Y方向)計測
結果X:0.200mm Y:0.200mm




対物レンズ 20x




3軸カウンタ表示(RESET)




標準試料(落射)



標準試料(落射X方向、Y方向)計測



標準試料(透過X方向、Y方向)計測



標準試料(透過X方向、Y方向)計測
結果X:0.200mm Y:0.200mm