

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月24日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	卓上クリーンベンチ	電源電圧	AC100V	
型式	BV-R01MH1L	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	パナソニック、サン普拉テック	集塵効率	99.99以上 (0.3 μm)	
機械Ser.No	1607000001	風量	1.0m ³ /min	
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 吹き出し口で風速測定0.77m/sec、計算上風量1m³/min以上。
- ベンチ内でパーティクル測定、1分5回測定、平均0.3 μm、3個、0.5 μm、0個であった。

吹き出し口で風速測定180mmx180mm



取扱説明書(無)

0.77m/sec



ベンチ内でパーティクル測定
吸引流量2.83L/min



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

