

管理番号

OA0559

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年10月23日
名称	偏光顕微鏡
メーカー	メイジテクノ(株)
型式	MT9430L
S/N	1700003
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	落射式・透過式	接眼レンズ	KHW10X-F/20
		鏡筒	三眼鏡筒
照明系	LED Illuminator	フィルター	1st order red
		ポラライザー	回転はねのけ式
総合倍率	40x,100x,200x,400x	ステージ	回転ステージ
		サブステージコンデンサー	N.A 1.25
対物レンズ	Plan 4x/0.10		
	Plan 10x/0.25	レボルバー	4個穴手動レボルバー
	Plan 20x/0.40		
	Plan 40x/0.65		

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。

取扱説明書:有

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作:OK 作業工数[2.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]



視野内画像

