


管理番号

OB0037

実体顕微鏡チェックシート

検査日	2024年11月15日
名称	実体顕微鏡
メーカー	アズワン
型式	SZM720T
S/N	32300030572
年式	一年一月

【外観】



【仕様】


観察法	落射式/透過式	鏡筒		三眼鏡筒	
照明系	落射LED3W/透過LED3W	ステージ		200x140mm	
総合倍率	7x,8x,10x,15x,20x,30x,40x,45x	作動距離		98mm	
接眼レンズ	WF10x/20				
ズーム範囲	0.7x~4.5x				

視野内画像

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	光学系、メカ系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。

取扱説明書:有




落射1x画像



落射4.5x画像



透過1x画像



透過4.5x画像

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGHI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

