

検査日	2025年 4月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	風速計(熱線式)	主電源電圧	単4乾電池×6本	測定範囲	風速0.01~25.00m/s
型式	TM-4001	本体部Ser.No.	231200050		風速0.02~90.00Km/hr
メーカー名	Tenmars				風力1~10Beaufort
本体寸法	約縦35mm×横73mm×高さ156mm				温度-20~+50℃
セット質量	約0.5kg(電池除く)			付属品	ケース

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→外観及は問題ない、使用頻度少ない品。
- 2、通電確認。→各スイッチ動作、表示問題なし。
- 3、風速の確認。→問題なし。(社内測定器と社内排気ファン治具を使用し風速測定比較、ほぼ測定値同じ。)
- 4、温度測定の確認。→問題なし。(社内測定器と社内ヒータ治具を使用し温度測定比較、ほぼ測定値同じ。)

社内治具及び測定器による比較温度測定		
治具排気ファン 周波数Hz	対象品 TM-4001 風速m/s	社内測定器 CLIMOMASTER 風速m/s
0.00	0	0
10.01	3.04	2.72
20.00	5.76	5.66
25.02	7.07	7.22
30.02	8.38	8.60
40.01	11.16	11.5
50.00	14.38	14.3
社内治具及び測定器による比較風速測定		
温度ヒータ 設定	対象品 TM-4001 温度℃	社内測定器 LR8400 温度℃
OFF(室温)	23.3	23.65
ON低温	42.6	42.90



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

