

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	フロストドライデシケター	電源電圧	AC100V	
型式	N-JB-SA	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アズワン			
機械Ser,No	Lot,No,2214763-10			
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 付属温湿度計温度21°Cで動かない、湿度計弊社湿度計とずれている。
- 2 庫内湿度56%から18h後19%になった、庫外湿度は64%であった。
- 3 除湿はするが、温湿度計NG。

動作前湿度



18h後付属温湿度計



18H後



18h後庫外



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント) 条件付きOK。

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

湿度表示は比較した機器との
差があります。

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

