管理番号

OB0099

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月18日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	卓上クリーンベンチ	電源電圧	単相100～240V or DC24V		
型式	SS-MAX-15	周波数	（50 ／ 60）Hz		
メーカー名	エアーテック	エアーユニット	SS-MAX-15		
機械Ser,No		集塵効率	99.99%	0,3μm以上	
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　パーティクル測定、1分間5回平均0.8μm、0.2個　0.5μm 0個であった。

2　ビニールフード一部テープ補修。

吸引流量2.83L/min

テープ補修

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録　・再動作	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日

早川

ASK INDEX