管理番号

OB0189

動作確認チェックシート

検査日	2024年12月3日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	吸煙機	電源電圧	AC100V		
型式	Q302	周波数	（50 / 60）Hz		
メーカー名	松定プレシジョン	ダクト径	φ65mm		
機械Ser,No		処理風量	4.4/5.4㎥/min		
製造年月		ダクトパイプ無し。			

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1）ダクトに内径75mmダクト取付、風速測定、8.01m/sec確認、計算上風量4.4㎥/min以上（ダクトx2で）。

内径φ75mmダクト取付

8.01m/sec

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日