

OB0217

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	攪拌機	電源電圧	3相 単相 100V 0.2W	鉢	めのう・アルミナ
型式	AGA(自立型)	周波数	(50・60)Hz兼用		内径120mm・深さ30mm
メーカー名	(株)石川工場	回転方式	FR式	鉢	炭化タングステン
機械Ser.No	39464	加工容量	0.05ℓ		内径140mm・深さ63mm
製造年月	2011年製	機械外寸法	W430×D465×H1165mm	付属品	めのう・2セット

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

重量: 約90kg

- 1、外観確認。→問題なし。
- 2、通電確認。→各機能スイッチ及び表示問題なし。又機構部の手動及び回転部問題なし。
- 3、動作確認。(無負荷動作確認実施) → 動作問題なし。

(モード: 寸動動作/タイマーによる運転動作)

動作確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

