

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	落下塵カウンター	電源	ACアダプタ24VDC	外形寸法	H490xL420xW275mm
型式	DTSP10-01	最小可測粒径	10μm	質量	約21kg
メーカー名	シーズシー(有)	最大可測濃度	400000 個/m ²		
機械Ser,No	C11303000026	最大検出範囲	φ80mm		
製造年月	—	光源	LED	OS:Windows 7/Pass Word:なし	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象)・NG) TP (済・未対象) NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。
- 2.測定ソフトウェア起動⇒問題なし。
- 3.ウエハー投入及び測定結果⇒問題なし。



電源投入



ウエハーセット



測定ソフトウェア起動



測定開始



測定結果



測定結果トリミングなし

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

