管理番号

OC0181

動作確認チェックシート

検査日	2025年 1月 7日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	真空オーブン	電源	AC100v 50/60Hz 8A
型式	DP23	装置寸法	400x410x682
メーカー	ヤマト科学	槽内寸法	200x250x250 棚板1枚
製造年	2004	使用温度	室温＋5℃～240℃
製造番号	43000071	使用圧力	101～0.1KPa

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データーバックアップ	PLC（済 (未対象) NG） TP（済 (未対象) NG） BT（済 (未対象) 未対応）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

本装置は定置運転のみ、電源投入して真空引き、100℃到達確認、特に問題なし。
過昇温防止、設定値変更等問題なし。真空ホールドもOK。

操作説明書（有り）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）作業工数[5H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日