

管理番号

OE5EA0

動作確認チェックシート

検査日	2014年 5月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	UV照射装置	電源電圧	AC100v 50/60Hz
本体型式	HB-25103BY-C		
照射機型式	UTS-2511 IG94		
メーカー名	USHIO		
機械S/N	677673/9705001		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

マニュアルにて点灯確認、シャッター、タイマー共に問題なし。

UV POWER 40mW/cm²

操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H] ファイバー元にエア駆動のフィルター有り。

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

