管理番号

P10283

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月28日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	チラー（水冷）	電源電圧	AC100/AC100-115V		
型式	HRS012-W-10	周波数	（50 / 60）Hz		
メーカー名	SMC				
機械Ser,No	WX926				
製造年月	2018				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1）水温18.8℃約4Lタンクに水入れて、設定温度5℃約11分後5℃確認。

2）水量16L強確認。

3）冷却水、水道水使用。

16.L/min強



IN,OUT連結



取扱説明書（有、弊社PDF）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1.5 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日

早川