

管理番号

P10284


# 動作確認チェックシート

検査日	2025年1月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	チラー(水冷)	電源電圧	AC100/AC100-115V	
型式	HRS012-W-10	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	SMC			
機械Ser.No	WX924			
製造年月	2018			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1) 水温19.0℃約4Lタンクに水入れて、設定温度5℃約7分後5℃確認。
- 2) 水量16L強確認。
- 3) 冷却水、水道水使用。



取扱説明書(有、弊社PDF)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

