管理番号

P10396

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月3日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	100～120V or 200～240V		
型式	2005SD	周波数	（50 / 60）Hz		
メーカー名	アルカテル	排気速度	90～108L/min		
機械Ser,No	407083	到達圧力	0.1Pa		
製造年月		IN、OUT	NW25		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　弊社真空計で0.12Pa以下確認、本機は200V設定されている、変換はモーター上部内部で行う。

2　フォアライントラップNG、真空破壊弁NG。

フォアライントラップNG

真空計と接続

真空破壊弁NG

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力

動作（OK）　作業工数[1．5 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日

（備考欄コメント）

ポンプ単体の確認結果となります

[責任者]