

管理番号

P20218

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マイクロスコープ	電源電圧	USB・ACアダプター	照明	LED6個
型式	HIDEMICRONPRO2	センサー	3M1/3CMOS/300万画素	出力	USB2.0/WiFi
メーカー名	TEC	写真解像度	3M/5M/8M/12M	WiFiサポート距離	約20m程度
機械Ser.No		フォーカスレンジ	0～50mm	外寸	W120D170H220
製造年月	年 月	倍率	10～230倍	重量	0.6 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・可動部操作

高さ調整ネジ上昇/下降 確認
フォーカス調整ネジ調整 確認



・通電確認

LED照明点灯/調光 確認
バッテリーチャージランプ点灯 確認
PCにカメラ画像 確認



・観察

社内PCにソフトウェアインストールし確認実施



10x 230x
フォーカス調整

PCは付属しません

別途、表示器必要(対応機器↓)

iPhone(5/5s/5c),iPad,iPad Air,iPad mini,Android端末,Windows,Mac

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[2h]

(備考欄コメント)

インストロールCD付属

[責任者]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

