

管理番号

P20221

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マイクロスコープ	電源電圧	USB・AC変換アダプタ	モニター	5インチ(300万画素)
型式	WAT3045	周波数	50/60 Hz	記録媒体	マイクロSDカード
メーカー名	アズワン	倍率(本体モニター)	5~20x	対応OS	Windows7/8/10
機械Ser.No		デジタルズーム	x4	外寸	W120D170H200
製造年月	年 月	光源	LED外部照明x2	重量	1.5 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・可動部

高さ調整ネジ上昇/下降 確認
フォーカスコントローラー調整 確認



・通電確認

モニター表示 確認
IRコントローラー 電源ランプ点灯 確認
LED照明点灯/調光 確認
付属リモコン操作 確認



・観察



ズーム x1 x4



フォーカス調整



動画/静止画モード 十字線表示

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[2h]	
検査担当者[Tokunaga]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	