

動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	膜厚コントローラ	電源電圧	単相 90～132, 180～264V 45VA	膜厚表示範囲	0.000～999.9 kÅ
型式	XTC/2	周波数	49 ～ 61Hz	チャンネル数	2
メーカー名	INFICON	クリスタル周波数	6.0～5.0 MHz	ソース 出力	2, BNC
機械Ser.No	K1XX32A03476	厚さ分解能	0.0617 Å	レコーダー出力	1, BNC
製造年月	年 月	計測周期	4Hz	インターフェース	RS232C

XIUケーブル有

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ ON/STBY, START, RESET, STOP, PROG 確認

○ ▲, ▼, 0～9, C, E, Y, N 確認

◎ 表示類 ○ チャンネル状態表示, 制御表示 確認

○ (LED) ON/STBY 確認

◎ 動作 ○ configuration switch 1 ONによる

パラメータ設定動作テスト OK

XTAL 1



○ センサー接続テスト

エラー表示なし。

取扱説明書(無)



START画面

XTAL 2



PROG画面



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[4H]

センサー

757-302-G1×2附属

検査担当者[

佐藤

]

ユーザー名【

】

出荷日

年

月

日

