

管理番号

P20336

動作確認チェックシート

検査日	2025年 3月24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	紫外線照度計	電源電圧	単4電池×3 専用ACアダプター	測定モード	リアルタイム照度
製造年月	2016年以前	型名	UIT-201		
メーカー名	ウシオ電機株式会社	質量	約150g(本体)	専用ACアダプター	付属無し
表示器寸法	縦180mm×横80mm×高さ19mm	UVD-405PD	受光径 1φ	付属品	ケース
表示部シリアルNo.	1610010T		1603020		出力ケーブル

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定・計測	SWの機能及び、測定が可能か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→問題なし。但し、付属品のACアダプターは付属なし。
- 2、通電後の表示、各スイッチ、各モード機能動作確認。→問題なし。(乾電池及での動作OK。)
- 3、社内在庫品UV照射光源による、照度確認。(社内計測器とのUV照度比較実施。)→問題なし。

参考比較測定データ

動作確認

評価機 UV照射光源 (管理No. I60184) UV設定パワー	0%	25%	50%	75%	100%	備考
	光源からセンサーまでの距離: 約30mm 照度単位(mW/cm ²)					
社内測定器K30392 UIT-150-A(本体) UVD-S405(センサー)	0	23.3	87.7	135.0	185.2	
社内品M80194 UIT-101(本体) UVD-405PD(センサー)	0	23.3	88.0	135.5	185.7	
動作確認対象品 UIT-201(本体) UVD-405PD(センサー)	0	23.5	88.0	135.5	186.8	



UV照射光源



100%時照度



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

