管理番号

P20476

動作確認チェックシート

検査日	2025年 3月 27日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	スパッタ装置	電源	AC200v 100A
型式	E-400S	設置寸法	1500x1700x2450 1500kg
メーカー	キャノンアネルバ	ワークサイズ	φ200
製造年	2007 3	ターゲット	4incx4
製造番号	EVP-51085		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データーバックアップ	PLC（済） 未対象 NG） TR（済） 未対応 NG） BT（済 未対象（未対応）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

冷却水、エアー、電源、ガス導入して立ち上げ、到達圧力 5x10-4Pa以下を確認。AUTO動作でプロセス確認
ワーク搬送、サブスト昇温、ターゲット4箇所共放電OK。レシピ変更問題なし（パスワード有り 1852）







操作説明書（有り）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK） 作業工数[20 H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日