

P20478

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	イオンコーター	電源	AC90-120v 50/60Hz
型式	D11-29010SCTR	ターゲット	φ 50
メーカー	JEOL	装置寸法	205x300x340
製造年	2018	ポンプ	アルバック GHD-031A

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データーバックアップ	PLC (済 未対象 NG) TP (済 未対象 NG) BT (済 未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源投入で排気スタート、数分で放電開始、停止はタイマーで行う、変更も問題なし。

電源OFFで大気開放。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

本装置にターゲットは付属しない。

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

