

P20479


動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	カーボンコーター	電源	AC100v 50/60Hz
型式	EC-32010CC		
メーカー	JEOL	装置寸法	350x500x450
		ポンプ	アルバック GLD137CC

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済 未対象 NG) TP (済 未対象 NG) BT (済 未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源ON→PREHEAT ONで排気スタート、約5分で加熱開始、加熱終了後EVAPORATE ONで放電開始。
終了は材料が無くなるか、EVAPORATE ONで終了、電源OFFで大気開放。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[5 H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

(備考欄コメント)

本装置は材料(カーボンロッド)は付属しない。

] 出荷日 年 月 日

[責任者]

