

P30388

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	三相200V		
型式	CHA-2200	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	タイテック	温度範囲	7~25℃		
機械Ser,No		流量	22/31/min(吐出圧力0.3MPa時)		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1) ほぼ満水、水温15.2℃、設定温度7℃約6分で7℃以下確認。
 2) ボールタップ付いていないので、満水を目視等で確認されたい。

冷却水圧力



IN,OUT連結



約40L/min



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

