

管理番号

P30577

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ピラニ真空計	電源	AC90～120V		
型式	GP-1SRY/WSC-52FD	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アルバック	測定範囲	2700～1Pa		
機械Ser.No	64925 / 00K293720	外寸	90×150×100		
製造年月	—	質量	1.5Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【 検査環境 】

- * 社内用 : 排気セット(RP+TMP) * RPのみ使用
- * 社内用 : ULVAC製 ピラニー真空計 ISG-1 / ULVAC製 測定子SW1-1にて測定
- * P30577 : ULVAC製 ピラニー真空計GP-1SRY / WSC-52FD-2KN-1S
- * ULVAC製 測定子(WP-1社内用)にて測定



* (比較計):ISG-1 測定値:1.3Pa



* (P30577)GP-1SRY測定値:約 1.3Pa



* (比較計) 測定子:SW1-1



【 測定子:WP-01 】

取扱説明書(無) * 測定時に針振れ等も無く正常に測定を完了しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[1.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

