管理番号

P30582

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月28日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	三相　200V	冷却方法	水冷
型式	ESR80WN	周波数	50/60 Hz	積算時間	2947 h
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW50	定格電流	19.8 A
機械Ser,No	DFF01152	排気フランジ	NW40	最大排気速度	8500 L/min
製造年月	－	規格値（到達圧力）	0.2 Pa	重量	180 kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	×
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	－
6	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	－





電源投入異常なし

起動ボタンを押すも起動せず

要因

ローターの接触

ドライバーの故障

モーターの故障

以上の事から動作NGと判断いたします。

取扱説明書（　無　）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（ 備考欄コメント ）　　［ 責任者 ］

動作（ NG ）　作業時間［ 2.0H ］

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日