

管理番号

P30659

## 動作確認チェックシート

検査日	2025年 5月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	集光灯	電源電圧	1相 100-120V	本体外寸	W125D200H110
型式	TH3	周波数	50/60 Hz	ランプ外寸	W200D250H300
メーカー名	オリンパス	調光SW	2~12目盛	重量	4.5 Kg
機械Ser.No	004015	ランプ	12V 50/100W		
製造年月	年 月				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 テープ貼付けによる変色有り



・点灯確認 (調整目盛2~12)



目盛:2

目盛:7

目盛:12

・通電確認

電源ランプ点灯 確認



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1h ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日



ASKINDEX