

管理番号

030818

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	3相 200V	寸法(WxDxH)	500x550x180
型式	RFK10ZF-T08	周波数	50/60Hz	重量	25kg
メーカー名	京三製作	出力	1kW	出力周波数	13.56MHz
機械Ser.No	503174				
製造年月	2005年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観確認⇒問題なし



・通電確認

3相200Vで確認…問題無し



・INTERLOCK解除



インターロック解除方法

(MB-SIGNALコネクタ 5-6ショート)

(INTERFACEコネクタ 1-2ショート)



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2 H]

検査担当者[山下]



ユーザー名[] 出荷日 年 月 日