

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スピコーター	電源電圧	1相 100V	スピ室内径	220mmΦ
型式	MS-100	周波数	50/60 Hz	ドアロック機能	無し
メーカー名	MIKASA	資材サイズ	最大100mm	回転立ち上がり時間	0.4秒
機械Ser.No	1007AG110497	回転数	50-7500rpm	外寸	W265 D340 H250
製造年月	年 月	回転時間	最大999.9秒	重量	24Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…問題なし



・動作確認

動作確認プログラム:No9 バキュームモード:TEST



50rpm



1000rpm



2000rpm



5000rpm



7500rpm

・電源投入

電源ON/OFFスイッチ 確認

画面表示 確認

各設定ボタン操作 確認



※動画有り

SEQUENCE No	設定	時間
00	回転数	50rpm
01	SLOPE	3s
02	回転数	1000rpm
03	SLOPE	3s
04	回転数	2000rpm
05	SLOPE	3s
06	回転数	5000rpm
07	SLOPE	3s
08	回転数	7500rpm
		15s

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

吸着面15mmなので、回転数と吸着物次第では
飛ぶ恐れがありますのでご注意ください。

出荷日 年 月 日

[責任者]

