管理番号

P31032

動作確認チェックシート

検査日	2025年　7月　30日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	エッジプロファイルモニタ	電源電圧	1相　100V	面取り幅	1200μm以下
型式	SEP-1401	周波数	50/60 Hz	測定時間	8秒以下/エッジ
メーカー名	コベルコ科研	適応ウエハ	丸型φ50.8/76.2/100/125/150	OS	WindowsXP
機械Ser,No	G02119		角型一辺19～100mm	外寸	W1200D900H1360
製造年月	2011年　9月	厚み	300≦t≦1000μm	重量	95 Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観　…異常なし

・測定

レシピ：既存レシピ使用

測定ウエハ：150mmウエハx2種類



ウエハ①

ウエハ②

・通電確認

PC起動　確認

ソフトウェア起動　確認

測定結果

ウエハ①

ウエハ②



取扱説明書（ 有 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業工数［　4h　］

検査担当者［　Tokunaga　］

ユーザー名【　　】　　出荷日　　年　　月　　日

穂苅