


動作確認チェックシート

検査日	2026年2月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	三相200.220V		
型式	FCCM55A	周波数	50/60Hz	重量	650kg
メーカー名	オリオン	消費電力	14.4kW	寸法W×D×H	1650×1020×2500
機械Ser.No	K22201040	冷却能力	55.5kw	使用液温度範囲	15~35℃
製造年月	2022年2月	冷媒	R32 : 3.6kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 水温30.1℃から設定温度15℃で起動
5分で15℃に到達。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[山下]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

