P31074

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジマチックインジケーター	電源電圧	AC100V(アダプター)	レリーズ	付属
型式	ID-H0530	周波数	50/60 Hz	石定盤	ミツトヨ
メーカー名	ミットヨ	測定範囲	30.4 mm	口足篮	W150D200H50
機械Ser,No	14072395	最低表示量	0.0005/0.001mm	外寸	W150D200H340
製造年月	年 月	測定姿勢	水平横姿勢	重量	7.8 Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(〇×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	0
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	0
3	SW設定	SWの機能は正常か。	0
4	保管·出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	0
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	0

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・通電確認 電源ON/OFF 確認 画面表示 確認 ZEROリセット 確認





•動作 (参考値)

Mitutoyoブロックゲージ(0.5/1/5/10/20mm)を使用 各ブロックゲージ 5回測定

	回数				
ブロックゲージ	1	0	3	4	5
0.5 mm	0.5220	0.5210	0.5220	0.5220	0.5225
1 mm	1.0100	1.0105	1.0110	1.0115	1.0115
5 mm	5.0115	5.0115	5.0115	5.0110	5.0110
10 mm	10.0085	10.0085	10.0085	10.0075	10.0075
20 mm	20.0110	20.0110	20.0105	20.0105	20.0105







ージ 1mmゲージ

5mmゲージ



10mmゲージ



取扱説明書(無)

修理, 心浩履歴

年月日	修理·改造記録	作業者

 File Maker入力
 (備考欄コメント)
 [責任者]

 動作(OK)
 作業工数[2h]
 校正をお勧めします

 検査担当者[Tokunaga]
 が

ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日