

管理番号

P31088

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	斜光器	電源電圧	1相 100～120V		
型式	TH4-100	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	オリンパス	使用ランプ	12V		
機械Ser.No	2J16188	外寸	W200 D300 H410		
製造年月	年 月	重量	5.8Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…問題なし



・動作確認 3メモリ～11メモリ(MAX)



3メモリ



7メモリ



11メモリ(MAX)

・通電確認
POMERランプ 点灯確認

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

