

P40057

動作確認チェックシート

検査日	2025年7月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットプレート	電源電圧	AC100V20A		
型式	ND-3H	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	最高使用温度	350℃		
機械Ser.No	LOT NO, 11KM0493	プレート寸法	400x300		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- プレート温度22.2℃、設定温度350℃、約38分で350℃確認。
- タイマー、プログラム運転問題無し。



表示350℃の時表面温度

346	344
348	
350	347

センター及び角から100mm、表面温度計測定(℃)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

