

P40058

動作確認チェックシート

検査日	2025年7月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットプレート	電源電圧	AC100V	最大積載重量	3Kg
型式	ND-1	周波数	(50 / 60)Hz	重量	4Kg
メーカー名	アズワン	プレートサイズ	170x170	寸法w、d、h	240x280x90
機械Ser.No	LOT NO , 81M0225	消費電力	675W		
製造年月		最高設定温度	350℃		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- プレート温度22.2℃、設定温度350℃で約20分で350℃確認。タイマー他設定等問題なし、
- タイマー、プログラム運転問題無し。
- ケーブル欠、125V、15Aケーブルない為、とりあえず125V 13Aで動作した。

表示350℃での表面温度



343℃	345℃
348℃	
344℃	347℃

センター及び角から50mm表面温度計測定

取扱説明書(無)ネット上に有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント) 125V,15A ケーブル必要。

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

