

P40185

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	110V,220-240V/115-120V,230-240V		
型式	RV 5	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	170x460x235
メーカー名	エドワーズ	排気量	85/103.3L	吸気	NW25
機械Ser,No	149534368	オイル量	0.7L	排気	NW25
製造年月		到達圧力	2×10^{-1} Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
5 電源SW	問題無し。	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 50HZ、単相200V投入、弊社真空度計で0.23Paを確認。1h連続運転問題なし。
- モードSW固着動かない。

真空計と接続



モードSW固着



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント) モードSW固着

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

