

管理番号

P60121

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	直流電圧・電流源/モニタ	電源電圧	単相 100V (切替可能: 120,220,240V)	パルス周期	2 ~ 60000 ms
型式	6243	周波数	50/60Hz	MODE	DC, DC SWEEP
メーカー名	ADCMT	入力CH	1 CH		PL, PLS, SWEEP
機械Ser.No	140400270	電圧源	DC 0 ~ ±110V	インターフェース	GPIOB
製造年月	-	電流源	DC 0 ~ ±2A at 32		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○(※)
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, SW類: SOURCEセクション・MEASUREセクション・START, TRIGGERセクション類スイッチが反応しない事があります。その他スイッチは問題なし。

2, 表示類: 電圧値表示、電流値表示、制御MENU項目表示 問題なし。
各LEDランプ問題なし。

3, 動作: 抵抗負荷による出力確認 500Ω J 使用
(メーカー工場出荷時にパラメーター等の初期化後、動作確認を実施)

※赤枠内のスイッチが
反応が悪いです。

付属品GP-HP(USB)



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[6 H] 一部のスイッチ類が、反応しない事があります。

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



ASK INDEX