

P70239

## 動作確認チェックシート

|          |               |                  |             |  |  |
|----------|---------------|------------------|-------------|--|--|
| 検査日      | 2025年8月27日    | (機械の仕様・規格を記入する。) |             |  |  |
| 商品名      | ドライ真空ポンプ      | 電源電圧             | 三相200V      |  |  |
| 型式       | KRF-40A-V-01B | 周波数              | (50 / 60)Hz |  |  |
| メーカー名    | オリオン機械        |                  |             |  |  |
| 機械Ser.No | K21200205     |                  |             |  |  |
| 製造年月     |               |                  |             |  |  |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | —        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |
| 6         |                                        |          |
| 7         |                                        |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 未使用品である。
- 圧力コントローラー、圧力計問題無し。
- 83.6KPa確認、-80Kpa以上まで加圧、1h連続運転。
- 80KPa以上で運転しないと故障原因になる。



取扱説明書(有)

真空計と接続

圧力コントローラー  
アナログ圧力計

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録・再動作 | 作業者 |
|-----|-------------|-----|
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |

SIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

