

P80419

動作確認チェックシート

検査日	2025年 10月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンベンチ	電源電圧	1相 100V	洗浄度	クラス1
型式	KOACH T 500	周波数	50/60 Hz	フィルタ	FERENA、ELE-PRE
メーカー名	興研株式会社	定格消費電力	35～110W	設定風速	0.3～0.5m/s
機械Ser.No	12F114/12F113	洗浄空間	700mm以内	外寸	W524 D295 H319
製造年月	年 月	吹出開口面寸法	W494D306	重量	26Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし



・動作確認環境 測定器:RION(Model:KC-51)

クリーンルーム内洗浄度

0.3 μm:2130個 0.5 μm:490個



・クリーンベンチ洗浄度 測定器:RION(Model:KC-51/KANOMAX:3950)

洗浄空間約650mmにて測定

設定風速:0.4m/s



0.3 μm:0個 0.5 μm:0個 0.1 μm:131個 0.3 μm:8個

・通電確認

電源ON/OFF 確認

定格風速ランプ点灯 確認




・風速確認

測定位置:吹出面から50mmにて実施

社内測定器:KANOMAX(Model:6035-00)

風速設定	0.3m/s	0.4m/s	0.5m/s
L側	0.35	0.48	0.6
R側	0.36	0.48	0.54



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[4.5H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

