

管理番号

P80467

## 動作確認チェックシート

検査日	2025年12月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ゲートバルブ	バルブボディ材質	ステンレス	
型式	14046-CE24-ANY1/0002	フランジ	ICF253/ISO200	
メーカー名	VAT	外寸	W305 D580 H200	
機械Ser.No	A-446468	重量	32 kg	
製造年月	-			

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	動作	手動ハンドルはスムーズに動作するか。	-
3	バルブの開閉	バルブ機能は正常に開閉するか	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認シールを貼る。	○



ICF253



ISO200


## OPEN/CLOSE 確認



エア一圧:0.3MPaにて実施



CLOSE



OPEN

取扱説明書( 無 )

\*異常等無くスムーズに開閉する事を確認しました。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

( 備考欄コメント )

[ 責任者 ]

動作(OK) 作業時間 [ 2.5H ]

OPEN/CLOSE 確認動画有り

検査担当者 [ 金子 ]

中野

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日