

動作確認チェックシート

検査日	2025年 10月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオナイザー(一体型)	電源電圧	1相 100V	除電性能	減衰時間2.5秒以下
型式	SF-1000	周波数	60 Hz	外寸	W320 D180 H160
メーカー名	アズワン	オゾン発生量	0.02ppm以下	重量	4.1Kg
機械Ser.No		風量	0.4m ³ ~1.5m ³ /min		
製造年月	年 月	騒音レベル	約65dB以下		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温22℃ 湿度40%)

・外観…異常なし



・除電性能機能

社内測定CHARGED PLATE MOTER Model 158)を使用し実施

測定距離: 300mm



除電時間: 1.63S



除電時間: 1.56S

・通電確認

※1 POWERランプ 点灯確認出来ず

風量調整SW 確認



	除電時間
+1000V~100V	1.63S
-1000V~100V	1.56S



・イオンバランス測定

社内測定器(SIMCO FMX-002)を使用し実施

測定距離: 25mm

測定結果: +0.03V



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作(条件付きOK) 作業工数[1.0H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

※1 POWERランプ 点灯確認出来ず

出荷日 年 月 日

[責任者]

