

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンベンチ	電源電圧	AC100V		
型式	PCV1303BR	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	日立	集塵効率	99.99%(0.3 μm)		
機械Ser.No	676610701	蛍光灯	40WX4		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 蛍光灯点灯、風圧、コンセント問題無し作業台でパーティクル測定。
- 2 1分5回測定、0.3 μm、0.5 μm共に平均0個であった。
- 3 オプション品使用用途不明。

風圧、コンセント問題無し



作業台でパーティクル測定吸引流量2.83L/r



ベンチ内除電バー付属



ベンチ上に帯電プレートを置き±1000Vに帯電させ除電効果確認



※除電はしているが、即効性が無い

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

除電の詳細仕様が不明の為、除電効果判定不可

[責任者]

