

動作確認チェックシート

検査日	2025年 12月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	抵抗加熱蒸発電源	電源電圧	単相 200V 1.5KW		
型式	SEREM PSE-150C12211	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	ULVAC	出力電圧	AC 1V / 10 V		
機械Ser,No	902018-003	出力電流	AC 0~150 A		
製造年月	2009年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○(通電)

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, RESET, SELECT, HIGH/LOW, AUTO, POWER ON, ▲, ▼ 確認

◎ 表示類 ○ 電圧値、電流値表示 確認

○ (LED) UP, DOWN, POWER ON 確認

◎ 動作 ○ 出力SW動作



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	INTERLOCK解除	
	SYSTEM IFコネクタ 2 - 14 ショート	

管理入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

適当な抵抗加熱ヒータが無い為通電状態, SW動作のみ確認した。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

