

管理番号

PA0131


動作確認チェックシート

検査日	2026年1月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	単相 200~240V	冷却法	空冷
型式	Neodry15EU-058B	周波数	50・60 Hz	電流値	4.0A
メーカー名	桜山工業	吸気口径	NW25	排気速度	250L/min
機械Ser.No	P016107715	排気口径	NW25	重量	23Kg
製造年月	2024年	規格値(到達圧力)	1.0Pa	—	—

△	チェック項目	主な確認内容	チェック(O X)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	O
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	O
3	SW設定	SWの機能は正常か。	O
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	O
5	性能確認	到達圧力の確認はしたか。	O
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	O



* 積算時間: 6404H



* 暖気運転60分後、再起動 → 60秒経過後の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [2.5H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日